



Zertifikat

Ringversuch vom 29.01.2014 (Januar - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubierr - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

HAEMOSTASEOLOGIE XVII KOMPAKT (285):
aPTT (R) Thrombinzeit


TPZ, Quick (%) (R)

TPZ, INR (R)

3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen



Düsseldorf, der 12.03.2014


Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer (R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

Instand e.V. Ringversuche

Januar - 2014
Ergebnis Ausdruck


Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

3490 Laborgemeinschaft Westfalen-Lippe, Lünen

12.3.2014

Haemostaseologie XVII Kompakt (285) (Prof. Dr. med. M. Spannagl)

	Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)
TPZ, Quick (%) % Testkit 36,57	RO RO11	11 97.00	107	82.4 - 132	-9 +
		12 28.00	28.2	21.7 - 34.7	0 +
TPZ, INR Testkit 36,57	RO RO11	11 1.02	.960	.739 - 1.18	6 +
		12 2.86	2.72	2.09 - 3.35	5 +
aPTT Sekunden Testkit 41,42,48	RO RO11	11 34.40	34.4	28.2 - 40.6	0 +
		12 56.00	56.6	46.4 - 66.8	-1 +
Thrombinzeit Sekunden Testkit 55,125,148,180	RO RO11	11 17.30	16.6	15.4 - 17.8	4 +
		12 16.10	16.6	14.3 - 18.9	-3 +
Fibrinogen mg/dl Meth.0-9999	260 RO RO11	11 287.0	keine Bewertung wegen fehlender Angaben		
		12 157.0			



Zur Umrechnung Ihrer Ergebnisse (Pr.11=2.87 und Pr.12=1.57) von g/l -> mg/dl verwendeter Faktor : 100
Fehlerhafte Codierung, daher nur Teilnahmebescheinigung

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Prof. Dr. med. M. Spannagl, Ludwig-Maximilians-Universität Ziemssenstr. 1 80336 München
Tel.: +49 89 5160 2226 Fax: +49 89 5160 2148 Email: mispannagl@t-online.de

285

3490

+ : alle Werte im Bereich, - : nicht bestanden, ± : ohne Bewertung, X: Wert nicht im Bereich, R: Referenzmethodenwert
12.3.2014 7:47h Rv.1441 Crv5 / Lerg