



Zertifikat

Ringversuch vom 16.07.2014 (Juli - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Urbier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:


HORMONE - SCHILDDRUESE (294):
freies T4 (Thyroxin) (R *) TSH (R *)


freies T3 (Trijodthyronin) (R *)

3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, der 06.08.2014




Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)


Prof. Dr. rer. nat. W.-G. Wood
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer (R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

Instand e.V. Ringversuche

Juli - 2014
Ergebnisausdruck

Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

3490 Laborgemeinschaft Westfalen-Lippe, Lünen

6.8.2014

Hormone - Schilddruese (294) (Prof. Dr. rer. nat. W.-G. Wood)		Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
freies T3 (Trijodthyronin) pmol/L	189 RO RO55	41	36.89	37.3	28.3 - 46.3	-1 +	9
R.RO		42	4.73	4.80	3.65 - 5.95	-1 +	9
Zur Umrechnung Ihrer Ergebnisse (Pr.41=24.02 und Pr.42=3.08) von pg/ml -> pmol/L verwendeter Faktor : 1.53600							
freies T4 (Thyroxin) pmol/L	189 RO RO55	41	48.39	46.2	35.1 - 57.3	5 +	9
R.RO		42	16.09	15.8	12.0 - 19.6	2 +	9
Zur Umrechnung Ihrer Ergebnisse (Pr.41=3.76 und Pr.42=1.25) von ng/dl -> pmol/L verwendeter Faktor : 12.87000							
TSH mU/L	189 RO RO55	41	.070	.069	.010 - .130	-2 +	9
R.RO		42	6.91	7.07	5.37 - 8.77	-2 +	9

** BRAVO **

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Prof. Dr. rer. nat. W.-G. Wood, Lärchenredder 1 23627 Groß Grönau
Tel.: +49 4509 791153 Fax: +49 4509 2225 Email: wood@instand-ev.de

294

+ : alle Werte im Bereich, - : nicht bestanden, ± : ohne Bewertung, X: Wert nicht im Bereich, R: Referenzmethodenwert
6.8.2014 11:23h Rv.1404 Crv5 / Lerg V.20140616_1