



Zertifikat

Ringversuch vom 29.01.2014 (Januar - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30


Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

TUMORMARKER (292): CEA (R *) PSA, gesamt (R *)

3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, der 20.03.2014




Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)


PD Dr. med. Stefan Holdenrieder
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer (R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

Instand e.V. Ringversuche

Januar - 2014
Ergebnis Ausdruck

Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

3490 Laborgemeinschaft Westfalen-Lippe, Lünen

20.3.2014

Tumormarker (292)
(Dr. med. Stefan Holdenrieder)

			Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
CEA	ug/L	189 RO RO50	11	2.43	2.63	2.00 - 3.26	-8	+
R.RO			12	24.60	25.2	19.2 - 31.2	-2	+
PSA, gesamt	ng/mL	189 RO RO50	11	3.11	2.93	2.20 - 3.66	6	+
R.RO,HN			12	20.12	19.0	14.3 - 23.7	6	+

** BRAVO **

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Dr. med. Stefan Holdenrieder, Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie des Universitätsklinikums Bonn Sigmund-Freud-Str
Tel.: +49 228 2871 2126 Email: stefan.holdenrieder@uni-bonn.de

292

3490

+ : alle Werte im Bereich, - : nicht bestanden, ± : ohne Bewertung, X: Wert nicht im Bereich, R: Referenzmethodenwert