



# Zertifikat

Ringversuch vom 09.07.2014 (Juli - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

**INSTAND e.V.**

Gesellschaft zur Förderung  
der Qualitätssicherung in  
medizinischen Laboratorien e. V.  
Ubierr - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-EP-15027-02-00

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:


**RETIKULOZYTENZAEHLUNG 02 (216):**


**Retikulozyten ( Durchflußzytometrie )**

3490  
Laborgemeinschaft  
Westfalen-Lippe  
Frau Lohaus-Teige  
Zum Gewerbepark 9  
44532 Lünen



Düsseldorf, der 20.08.2014

  
Prof. Dr. med. M. Spannagl  
( Leiter der Referenzinstitution )

  
Dr. med. Thomas Nebe  
( Ringversuchsleiter )

# Instand e.V. Ringversuche

Juli - 2014  
Ergebnis Ausdruck


Ubier - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel (0211) 159213 - 0  
FAX (0211) 159213 - 30

3490 Laborgemeinschaft Westfalen-Lippe, Lünen

20.8.2014

## Retikulozytenzaehlung 02 (216) (Dr. med. Thomas Nebe)

	Probe	Ihr Wert	Zielwert	Bewertungsbereich	Abw. (%)	
<b>Retikulozyten %</b>	<b>SY08</b>	<b>41</b>	<b>.950</b>	<b>.955</b>	<b>.669 - 1.24</b>	<b>0 +</b>
		<b>42</b>	<b>.740</b>	<b>.827</b>	<b>.579 - 1.08</b>	<b>-11 +</b>
Sysmex-Geraete, G.117,121,148,149,150,151,152,351,365,366,124,364						
<b>Retikulozyten /nl</b>	<b>SY08</b>	<b>41</b>	<b>44.00</b>	<b>44.3</b>	<b>31.0 - 57.6</b>	<b>0 +</b>
		<b>42</b>	<b>33.50</b>	<b>37.7</b>	<b>26.4 - 49.0</b>	<b>-11 +</b>
Sysmex-Geraete, G.117,121,148,149,150,151,152,351,365,366,124,364						



\*\* BRAVO \*\*

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter [www.instand-ev.de](http://www.instand-ev.de) Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Dr. med. Thomas Nebe, Hämatologie-Labor Mannheim Hans-Böckler-Str. 1 68161 Mannheim  
Tel.: +49 621 4373 2991 Fax: +49 261 43736733 Email: thomas.nebe@haema-labor.de

216

+ : alle Werte im Bereich, - : nicht bestanden, ± : ohne Bewertung, X : Wert nicht im Bereich, R : Referenzmethodenwert  
20.8.2014 12:30h Rv.1404 Crv5 / Lerg V.20140616\_1