



Zertifikat

Ringversuch vom 16.07.2014 (Juli - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

URINKONTROLLEN 02 (QUANTITATIV) (173):

Harnstoff (R *)

Kreatinin (R *)

Glucose (R *)

alpha-Amylase

Harnsäure (R *)

3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, der 15.08.2014

(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

(R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer



Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. Roman Fried
(Ringversuchsleiter)

Instand e.V. Ringversuche

Juli - 2014
Ergebnis Ausdruck

Ubie - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

3490 Laborgemeinschaft Westfalen-Lippe, Lünen

19.8.2014

| Urinkontrollen 02 (quantitativ) (173) (Dr. Roman Fried) | | | Probe | Ihr Wert | Zielwert | Bewertungsbereich | Abw. (%) | | | |
|--|-------|--------|-------|----------|----------|-------------------|----------|---|---|--|
| Glucose alle Methoden | mg/dL | 58 RO | 41 | 78.00 | 70.5 | 55.0 - 86.0 | 11 | + | R | |
| | | | 42 | 1.00 | 1.31 | 0.00 - 20.0 | -24 | + | R | |
| Harnsäure alle Methoden | mg/dL | 184 RO | 41 | 5.50 | 5.58 | 4.30 - 6.86 | -1 | + | R | |
| | | | 42 | 21.50 | 22.5 | 17.3 - 27.7 | -4 | + | R | |
| Harnstoff alle Methoden | mg/dL | 36 RO | 41 | 500.0 | 520 | 411 - 629 | -4 | + | R | |
| | | | 42 | 900.0 | 879 | 694 - 1064 | 2 | + | R | |
| Kreatinin alle Methoden | mg/dL | 46 RO | 41 | 30.00 | 32.7 | 25.8 - 39.6 | -8 | + | R | |
| | | | 42 | 60.00 | 57.7 | 45.6 - 69.8 | 4 | + | R | |
| alpha-Amylase R.RO | U/L | 48 RO | 41 | 59.00 | 55.9 | 30.7 - 81.1 | 6 | + | | |
| | | | 42 | 11.00 | 11.0 | 6.05 - 16.0 | 0 | + | | |

** BRAVO **

Zum Ringversuch vorhandene Kommentare finden Sie im Internet unter www.instand-ev.de Ringversuche

Ringversuchsleiter:

Dr. Roman Fried, MQ Zürich Universitätsspital Zürich Rämistr. 100 8091 Zürich
Tel.: +41 44 255 3518 Fax: +41 44 261 1283 Email: roman.fried@usz.ch

173

3490

+: alle Wert im Bereich, -: nicht im Bereich, X: Wert nicht im Bereich
19.8.2014 7:30h Rv.1404 Crv5 / Lerg V.20140616_1